

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁立凡
	职称: 高级工程师
	工作单位: 嘉兴市第二医院
专业人员信息	姓名: 徐斌
	职称: 工程师
	工作单位: 浙江省荣军医院
专业人员信息	姓名: 黄雅芳
	职称: 中收
	工作单位: 嘉兴市中医医院
项目信息	项目名称: 超声小探头
	供应商名称: 嘉兴市艾博仁科医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>目前医院使用所内镜为奥林巴斯HQ型胃肠镜, 主机型号为GU-ME2, 其他品牌探头无法兼容该型号主机, 建议单一来源采购。</p>
专业人员签字	<p>黄雅芳 徐斌 丁立凡</p> <p>日期 2022年6月9日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。