

# 嘉兴市第一医院检验科项目产品调研

## 报名公告

嘉兴市第一医院拟对检验科项目进行院内调研，欢迎国内合格的生产制造商或其合格代理商前来参与，现将有关事项公告如下：

### 一、项目名称：检验科项目

### 二、采购项目需求

项目名称	基本需求		
1. 血液分析流水线及试剂	总体要求	国际或国内知名品牌的最新型号，实现血常规+超敏 CRP+推片+阅片一管血检测，将来可灵活任意扩展。	
	检测能力和质量要求	全自动五分类血球仪基本要求	1. 血球仪总检测速度（CBC+DIFF）：800 个样品/小时；单机检测速度 100 个样品/小时。能满足医院每天 2500 个样品的检测需求。 2. 具有低值白细胞、低值血小板、网织红细胞检测功能，并具备网织红细胞血红蛋白含量检测功能； 3. 具有全自动体液检测功能； 4. 线性范围(静脉血)不小于：白细胞：0-400 10 <sup>9</sup> /L；红细胞：0-8.6 10 <sup>12</sup> /L；血小板：0-5000 10 <sup>9</sup> /L； 5. 批内精密度（静脉血）：白细胞：≤4.0%；红细胞：≤2.0%；血红蛋白：≤1.5%；血小板：≤5.0%； 6. 具有原厂配套的三个水平（低、中、高值）的血液质控品和校准品，并涵盖网织红项目，提供溯源性文件，并能提供体液质控品； 7. 国家卫健委临检中心数量：投标机型（系列）在国家卫健委临检中心分组合计数大于 1000 家（提供 2023 年度第一次截图）。
		全自动推染片机基本要求	1. 每小时完成的推染片数量 120 张； 2. 根据用户制定的决策规则和判断标准自动推片； 3. 完全开放的染色条件，操作者可以在该系统上完成任意染色设置； 4. 可直接在玻片上打印病人条码或样本号和日期等信息，使玻片保存具有唯一性。
		全自动细胞形态学分析仪（阅片机）基本要求	1. 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算； 2. 处理能力：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）不少于 30 张/小

		时； 3. 可与全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来血涂片； 4. 可以由用户自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印。
	全自动特定蛋白分析仪（超敏CRP/SAA）基本要求	1. 与血球仪联机工作，也可以独立运行；并且有手工进样通道检测末梢血； 2. 单机检测速度：100个样品/小时； 3. CRP 线性范围不小于：0.5~300mg/L； 4. 能通过血细胞分析仪实测红细胞体积、血小板体积、白细胞体积修正该样本的CRP检测值。
	全自动糖化血红蛋白分析仪基本要求	1. 全自动联机处理：连接成全自动流水线，实现自动进样、检测、报告完全自动化； 2. 处理速度：≥60个标本/小时； 3. 批内精确度：CV（%）小于2%； 4. 国家卫健委临检中心数量：投标品牌及仪器系列在国家卫健委临检中心各分组合计数大于200家（提供2023年度第一次截图）。
	试剂要求	提供的所有试剂品牌必须与提供的设备相同，并提供所有试剂及耗材目录和价格清单。
2. 多项呼吸道病原体核酸联合检测	核酸提取仪技术要求	1. 样品通量：依据医院检测工作量需求，可提供24通道以上仪器；2. 工作体积：最多处理1000ul的样本体积；3. 工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式；4. 提纯孔间差：CV≤5%，磁珠回收率：>98%；5. 温控精度：±2%；6. 污染防控：内置紫外，空气过滤系统；7. 核酸提取仪必须为磁珠提取试剂说明书中声明配套的机型。
	试剂盒要求	1. 检测技术平台：基于荧光定量PCR检测技术，适用于ABI7500荧光定量PCR仪，SLAN-96P全自动医用PCR分析系统，多色荧光技术；2. 检测样本类型：咽拭子；3. 检测病毒至少包括：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体；4. 核酸提取温度：常温；样本提取时间：≤15min；5. 检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL；批间精密度CV：≤5%；批内精密度CV：≤5%；6. 内源性内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程，避免假阴性。（必须提供试剂说明书为准）；7. 操作模式：闭盖操作，减少气溶胶污染。有专门的防污染体系：UDG酶+dUTP（必须提供试剂说明书为准）；8. 试剂盒保质期：≥9个月；9. 有相应的室内质控品，并免费提供实验室日常检测用室内质控品（提供室内质控品说明书，承诺免费提供所有检测项目的室内质控品）；10. 三证齐全；11. 试剂盒参加国家临检质控中心室间质评，成绩合格。（提供参加国家临检中心室间质评佐证材料）。

### 三、合格报名人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - 1.5 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、参加我院本次招标采购活动前三年内，投标单位及法人、授权销售代表在经营活动中无重大违法记录。
- 3、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）公布为准。

#### 四、报名及资格审核

- 1、报名方式：网络邮件报名。
- 2、报名截止时间：**2023年09月26日24:00**。
- 3、联系电话、联系人：0573-82221162 顾老师（工作日 8:00-11:30, 14:00-17:00）
- 4、报名资料：
  - 4.1 **报名表**参照附件一填写（提交格式为 Excel 表；文件以报名公司名称命名）；
  - 4.2 产品**技术参数**（提交格式为 word 版；文件以报名公司名称命名）；
  - 4.3 报名供应商及生产厂家营业执照，医疗器械生产或经营许可证（备案证），属于医疗器械的必须具有有效的医疗器械注册证（备案证）；
  - 4.4 报名供应商法人授权代表委托书及被授权人身份证复印件；
  - 4.5 产品经销授权材料；
  - 4.6 信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）截图。

**备注：4.3 至 4.6 材料需加盖公章后以扫描件形式整合在一起。**（提交格式为 PDF；文件以报名公司名称命名）

将以上报名资料电子稿发招标采购中心邮箱（[jxyyzbcgzx@163.com](mailto:jxyyzbcgzx@163.com)），邮件命名：公司名称+检验科项目调研报名

#### 5、报名后资格审查：

邮件报名时必须提供完整的报名资料，并接受资格审核，审查结果以回复报名邮件的形式反馈，审查合格方可参加产品调研。

#### 五、现场要求

- 1、产品调研时间：**2023年9月28日 14:00-17:00**；
- 2、地点：**嘉兴市第一医院5号楼三楼阳光会议室**；
- 3、现场采用PPT演讲形式，请自带U盘，时间30分钟，主要介绍产品的特点、优势、成功案例。

## 六、公告发布

本公告发布在 <http://www.jxdyyy.com>（嘉兴市第一医院外网院务公开-招标采购）。

## 七、采购监督管理部门

嘉兴市第一医院纪检监察室

联系电话：0573-82519888

嘉兴市第一医院 2023年09月21日