

九、附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	褚永华
	职称:	高工
	工作单位:	江大-江
专业人员信息	姓名:	阮伟
	职称:	高级工程师
	工作单位:	杭州神吟环境
专业人员信息	姓名:	褚建伟
	职称:	高工
	工作单位:	浙江-江大
项目信息	项目名称:	低温等离子灭菌器保修服务
	供应商名称:	上海勤安生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备用于手术器械的灭菌，使用频率高，为保证其稳定运行，降低故障率，减少设备故障及维修成本，需定期进行定期维护保养，及时完成配件更换，避免因电气故障导致设备停机，影响手术正常开展。</p> <p>该设备精度要求高，技术复杂且需厂家培训认证专业的工程师，并且使用专业的维修工具（每年需对设备进行校准检测）及原厂原装配件，方能保证设备的精度，从而保证灭菌效果符合安全要求。因此建议采用单一来源方式进行设备维护及保养。</p>	
专业人员签字	褚建伟 阮伟	日期: 2025年2月25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写